Газоанализаторы инфракрасные ПГА

Оптические датчики		Электрохимический датчик							
1 канал	2 канал	-	O_2	CO	H_2S	SO_2	NO_2	NH_3	H_2
		3 канал							
CH_4	CO_2	ПГА-1	ПГА-7	ПГА-13	ПГА-19	ПГА-25	ПГА-31	ПГА-37	ПГА-43
(0 - 5 об.%)	(0 - 2 об.%)								
C_3H_8	CH_4	ПГА-2	ПГА-8	ПГА-14	ПГА-20	ПГА-26	ПГА-32	ПГА-38	ПГА-44
(0 - 2 об.%)	(0 - 5 об.%)								
C_3H_8	CO_2	ПГА-3	ПГА-9	ПГА-15	ПГА-21	ПГА-27	ПГА-33	ПГА-39	ПГА-45
(0 - 2 об.%)	(0 - 2 об.%)								
CH_4	-	ПГА-4	ПГА-10	ПГА-16	ПГА-22	ПГА-28	ПГА-34	ПГА-40	ПГА-46
(0 - 5 об.%)									
C_3H_8	-	ПГА-5	ПГА-11	ПГА-17	ПГА-23	ПГА-29	ПГА-35	ПГА-41	ПГА-47
(0 - 2 об.%)									
CO_2	-	ПГА-6	ПГА-12	ПГА-18	ПГА-24	ПГА-30	ПГА-36	ПГА-42	ПГА-48
(0 - 2 об.%)									
$\Sigma(C_2 - C_{10})$	-	ПГА-49	ПГА-55	ПГА-61	ПГА-67	ПГА-73	ПГА-79	ПГА-85	ПГА-91
0-3000 мг/м3									
CH_4		ПГА-50	ПГА-56	ПГА-62	ПГА-68	ПГА-74	ПГА-80	ПГА-86	ПГА-92
ПДК									
$\Sigma(C_2 - C_{10})$	CH_4	ПГА-51	ПГА-57	ПГА-63	ПГА-69	ПГА-75	ПГА-81	ПГА-87	ПГА-93
0-3000 мг/м3	(0 - 5 об.%)								
$\Sigma(C_2 - C_{10})$	CO_2	ПГА-52	ПГА-58	ПГА-64	ПГА-70	ПГА-76	ПГА-82	ПГА-88	ПГА-94
0-3000 мг/м3	(0 - 2 об.%)								
CH_4	CH_4	ПГА-53	ПГА-59	ПГА-65	ПГА-71	ПГА-77	ПГА-83	ПГА-89	ПГА-95
ПДК	(0 - 5 об.%)								
CH_4	CO_2	ПГА-54	ПГА-60	ПГА-66	ПГА-72	ПГА-78	ПГА-84	ПГА-90	ПГА-96
ПДК	(0 - 2 об.%)								